

GLOBAL-IDENT™ XS 1.4



Solución de microchip para perros, gatos y animales exóticos.



Cajas de 10 microchips

Características Técnicas & Ventajas principales.



RFID FDX-B (Full Duplex) transpondedor pasivo
Frecuencia de funcionamiento a 134,20 kHz

Cumple ISO 11784 & 11785



Transponder

Encapsulado en vidrio de silicato sodocálcico de seguridad (Bioglass 8625), compatible para los dispositivos de implantes

- Tamaño: 1,41 +/- 0,1mm & 8,2 +/- 0,3mm
- Peso: 30 +/- 6mg
- Temp. almacenamiento: -40°C a +90°C
- Temp. funcionamiento: -25°C a +85°C

Ofrece una excelente biocompatibilidad para aplicaciones de origen animal
(1,2,3,4,5,6)

Garantiza una protección óptima a largo plazo para los transponders

Injector

Aguja lubricada, afilada y mas delgada (16 gauge)

Excelente penetración cutánea

Punto de silicona en su interior, anillo de seguridad

Evita la perdida del microchip

Inyector ergonómico y de un solo uso, dispone de un sistema de "CLICK" que garantiza la completa implantación

Fácil manejo

Aguja desmontable para su eliminación por separado

No es posible el retorno del inyector

Envasado

Un inyector de un solo uso, envasada en un blister, con 8 etiquetas de códigos de barras en el interior

Mayor fiabilidad

Blister adaptado a los sistemas médicos de envasado estéril para productos terminados de acuerdo a los estándares de la norma ISO 11607⁽⁷⁾

Garantía de esterilización del microchip



Proceso de esterilización

Un proceso de esterilización con **óxido de etileno**, un amplio reconocimiento a nivel europeo⁽⁸⁾ para la esterilización de dispositivos médicos humanos y veterinarios^(9,10), acuerdo a los estándares de la norma ISO 11135-1⁽¹¹⁾



PLAZA DE SANTA CATALINA DE LOS DONADOS, 2.

28013 MADRID.

TLF.: 915 481 806

azasa@azasa.es

Modo de empleo (perros, gatos y hurones)

ANTES DE LA IMPLANTACION

- 1  Escanear todas las partes de la mascota a fondo, asegurándose de que no dispone de ningún microchip implantado anteriormente.
- 2  Escanear el microchip antes de abrir el paquete. Confirme que el numero coincide con el código de barras
- 3  Extraiga el inyector del paquete, retire la tapa superior de la aguja y también el anillo de seguridad.
- 4  Asegúrese que el bisel de la aguja mira hacia usted.
- 5  Desinfecte el lugar de implantación

DÓNDE Y CÓMO IMPLANTAR

Inyección Subcutánea: En el lado izquierdo del cuello o en la línea media entre los omóplatos

- 6  Presione la piel entre el pulgar y uno o dos dedos. Inyecte la aguja por debajo del pulgar
- 7  Una vez que la aguja se encuentra completamente bajo la piel, empujar el embolo hasta hacer "CLICK" que indica que la inyección está finalizada.
- 8  Retire el pulgar y el dedo pellizcando la piel alrededor de la aguja mientras la retira.

DESPUES DE LA IMPLANTACION

9



Vuelva a colocar la tapa superior de la aguja y desenrosqué lo del inyector desechándolo en un contenedor de objetos punzantes tratándolo como desecho medico.

10




Escanear la mascota para confirmar que el chip está correctamente implantado en su lugar.


Modo de uso – pauta según especies.

Aves.

>1,5 Kg. de peso adulto y/o piernas largas



<1,5 kg de peso adulto



Inyección subcutánea: base del cuello


Inyección intramuscular: Zoba izquierda del músculo pectoral

Note: Los puntos de implantación varían en función de las especies de ave.

Reptiles


Tortugas, serpientes, iguanas..

S.C.



O

I.M.



Especificaciones técnicas

Consulte Especificaciones Ficha técnica adjunta.

Referencias

1. Blenckè BA. Compatibility and long-term stability of glass-ceramic implants. *J Biomed Mater Res.* 1978 May; 12(3):307-16
2. Ducheyne P, Martens M, Burssens A. Materials, clinical and morphological evaluation of custom-made bioreactive-glass-coated canine hip prostheses. *J Biomed Mater Res.* 1984 Nov-Dec; 18(9):1017-30.
3. Hench LL, Wilson J. Surface-active biomaterials. *Science.* 1984 Nov 9; 226(4675):630-6.
4. Kitsugi T, Yamamuro T, Nakamura T, Kokubo T. Bone bonding behavior of MgO-CaO-SiO₂-P₂O₅-CaF₂ glass (mother glass of A.W-glass-ceramics). *J Biomed Mater Res.* 1989 Jun; 23(6):631-48.
5. Gheysen G, Ducheyne P, Hench LL, de Meester P. Bioglass composites: a potential material for dental application. *Biomaterials.* 1983 Apr; 4(2):81-4.
6. Murasugi E, Koie H, Okano M, Watanabe T, Asano R. Histological reactions to microchip implants in dogs. *Veterinary Record* (2003) 153, 328-330.
7. ISO 11607-1. Packaging for terminally sterilized medical devices. Requirements for materials, sterile barrier systems and packaging systems
8. The European Committee for Standardization (<http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx>). BS EN 550:1994 "Sterilization of medical devices. Validation and routine control of ethylene oxide sterilization".
9. Gisela CC, Mendes MD, Teresa RS, et al. Ethylene oxide sterilization of medical devices: A review. *Am J Infect Control* 2007; 35:574-81.
10. Tshamala M, Cox E, De Cock H, Goddeeris BM, Mattheeuws D. Antigenicity of cortical bone allografts in dogs and effect of ethylene oxide-sterilization. *Vet Immunol Immunopathol.* 1999 Jul 1;69(1):47-59.
11. ISO 11135-1. Sterilization of health care products. Requirements for development, validation and routine control of a sterilization process for medical devices.